

原水
透析用水

化学的汚染物質 【12項目】検査キット

測定が難しい化学的汚染物質の検査は当社にお任せください。

原水・透析用水
化学的汚染物質基準
12項目

最大濃度(mg/L)	
化学的汚染物質	透析用水化学的 汚染基準(ISO基準)
アルミニウム	0.01
総塩素	0.1
銅	0.1
フッ素化合物	0.2
鉛	0.005
硝酸塩(窒素として)	2
硫酸塩	100
亜鉛	0.1
カルシウム	2
マグネシウム	4
カリウム	8
ナトリウム	70


※原水化学的汚染基準は、水道水質基準となります。

※総塩素は、現地測定を原則としますので付属の総塩素試薬キットにて測定をお願いします。総塩素試薬キットは検査費用に含みます。

化学的汚染物質基準12項目検査キットの内容

- 1 検体採水ボトル.....2本
- 2 総塩素測定キット.....1式
- 3 総塩素検査比色紙.....1枚
- 4 塩素データ記入シート.....1枚
- 5 返送用伝票.....1枚
- 6 送付返送用梱包箱.....1箱

※総塩素は、お客様にて現地測定とさせていただきます。



検査フロー

(1) お問い合わせ／お申し込み。弊社支店・営業所までご連絡ください。

(2) 上記検査キットの発送

(3) お客様にて採水

※採水と同時に付属の総塩素試薬にて総塩素を測定いただき用紙へご記入ください。

(4) 採水サンプルの発送 ※ヤマト運輸のクール便:冷蔵(着払い)でご返送ください。

(5) サンプル受付 ※月曜日～金曜日。土日祝祭日の受付はございません。

(6) 検査開始

(7) 検査終了/報告書作成

(8) 郵送にて結果のご報告

ご注意: 検査機関には **採水日から翌々日の平日夕方まで必着(クール便)** となりますので、最寄りの **ヤマト運輸営業所** にご確認をお願いいたします。

検査日数

2週間～3週間程度

検査機関

大阪府内

カタログ記載の内容につきましては予告なく変更する場合があります。

カタログ発行:2024.02



日本ウォーターシステム株式会社 <http://www.j-waters.co.jp>

本 社	〒104-0032 東京都中央区八丁堀4-9-4 西野金陵ビル4F	TEL.03(4321)0150(代表)	FAX.03(4321)0149
関 東 支 社	〒104-0042 東京都中央区入船2-3-7 築地エー・アイ・ユービル1F	TEL.03(3553)2080	FAX.03(3553)2081
東 京 支 店	〒104-0042 東京都中央区入船2-3-7 築地エー・アイ・ユービル1F	TEL.03(3553)2080	FAX.03(3553)2081
埼 玉 営 業 所	〒351-0111 埼玉県和光市下新倉5-9-22	TEL.048(450)3950	FAX.048(466)4313
松 本 出 張 所	〒390-0814 長野県松本市本庄1-2-16 YMマンション1F	TEL.0263(38)3115	FAX.0263(38)3116
大 阪 支 店	〒564-0044 大阪府吹田市南金田2-5-12	TEL.06(6387)1104	FAX.06(6387)3241
北 海 道 営 業 所	〒004-0053 北海道札幌市厚別区厚別中央三条5-7-25	TEL.011(796)8255	FAX.011(796)8256
東 北 営 業 所	〒984-0032 宮城県仙台市若林区荒井6-4-1	TEL.022(288)3112	FAX.022(288)3113
中 部 営 業 所	〒463-0072 愛知県名古屋市中区金屋2-191-1	TEL.052(799)5230	FAX.052(799)5231
広 島 営 業 所	〒733-0032 広島県広島市西区東観音町25-3	TEL.082(233)9351	FAX.082(233)9357
九 州 営 業 所	〒813-0032 福岡県福岡市東区土井2-24-10	TEL.092(719)1252	FAX.092(719)1253
南九州営業所	〒899-5651 鹿児島県始良市脇元627-3	TEL.0995(73)7817	FAX.0995(73)7818
JWS 四 国	〒760-0052 香川県高松市瓦町2-7-14 フォルテ瓦町駅前ビル6F	TEL.087(832)5771	FAX.087(832)5772
タ ン グ ラ ム	〒421-0412 静岡県牧之原市坂部110-5	TEL.0548(29)0421	FAX.0548(25)0010

