

# 透析用水化学的汚染物質 【22項目】検査キット

測定が難しい化学的汚染物質の検査は当社にお任せください。

## 透析用水化学的汚染物質基準22項目

### 【測定項目および最大濃度】

No. 混入物質	最大濃度 (mg/L)	No. 混入物質	最大濃度 (mg/L)
1. カルシウム	2	12. 水銀	0.0002
2. マグネシウム	4	13. セレン	0.09
3. カリウム	8	14. 銀	0.005
4. ナトリウム	70	15. アルミニウム	0.01
5. アンチモン	0.006	16. 総塩素	0.10
6. ヒ素	0.005	17. 銅	0.10
7. バリウム	0.10	18. フッ化物	0.20
8. ベリリウム	0.0004	19. 硝酸塩(窒素として)	2.0
9. カドミウム	0.001	20. 硫酸塩	100
10. クロム	0.014	21. タリウム	0.002
11. 鉛	0.005	22. 亜鉛	0.10

※No.16の総塩素は、現地測定を原則としますので付属のDPD試薬キットにて測定をお願いします。  
DPD試薬キットは検査費用に含まれます。

# 化学的汚染物質基準22項目検査キットの内容

- ① 検体採水ボトル ..... 3本
- ② ラベルシール ..... 3枚
- ③ 総塩素測定キット ..... 1式
- ④ 総塩素検査比色紙 ..... 1枚
- ⑤ 塩素データ記入シート ..... 2枚
- ⑥ 返送用伝票 ..... 1枚
- ⑦ 送付返送用梱包箱 ..... 1箱

※総塩素は、お客様にて現地測定とさせていただきます。



## 検査フロー

(1) お問い合わせ／お申し込み。弊社支店・営業所までご連絡ください。

(2) 上記検査キットの発送。

(3) お客様にて採水。

※採水と同時に付属の総塩素試薬にて総塩素を測定いただき用紙へご記入ください。

(4) 採水サンプルの発送。 ※ヤマト運輸のクール便(冷蔵(着払い))でご返送ください。

(5) サンプル受付(月曜日～金曜日午前中まで。土日祝祭日の受付はございません。)

(6) 検査開始

(7) 検査終了／報告書作成

(8) 郵送にて結果のご報告

ご注意：検査機関には **採水日から翌々日の平日夕方まで必着(クール便)** となりますので、最寄りのヤマト運輸営業所にご確認をお願いいたします。

## 検査日数

2週間～3週間程度

## 検査機関

大阪府内

カタログ記載の内容につきましては予告なく変更する場合があります。

カタログ発行：2020.01

## 日本ウォーターシステム株式会社

本社 〒104-0032 東京都中央区八丁堀4-9-4 西野金陵ビル4F  
東京支店 〒351-0111 埼玉県和光市下新倉5-9-22  
大阪支店 〒564-0044 大阪府吹田市南金田2-5-12  
北海道営業所 〒004-0053 北海道札幌市厚別区厚別中央三条5-7-25  
東北営業所 〒984-0032 宮城県仙台市若林区荒井6-4-1  
中部営業所 〒463-0072 愛知県名古屋市守山区金屋2-191-1  
広島営業所 〒733-0032 広島県広島市西区東観音町25-3  
九州営業所 〒811-0201 福岡県福岡市東区三苫6-1-25  
南九州営業所 〒892-0834 鹿児島県鹿児島市南林寺町27-4 柚木ビル2F  
(株)日本ウォーターシステム四国 〒760-0052 香川県高松市瓦町2-7-14 フォルテ瓦町駅前ビル6F

TEL.03(4321)0150(代表) FAX.03(4321)0149  
TEL.048(450)3950 FAX.048(466)4313  
TEL.06(6387)1104 FAX.06(6387)3241  
TEL.011(796)8255 FAX.011(796)8256  
TEL.022(288)3112 FAX.022(288)3113  
TEL.052(799)5230 FAX.052(799)5231  
TEL.082(233)9351 FAX.082(233)9357  
TEL.092(605)0555 FAX.092(605)0565  
TEL.099(224)8118 FAX.099(224)8110  
TEL.087(832)5771 FAX.087(832)5772