過酸酸系除菌洗浄剤

Jクリーナーミニ
J Series

特長1 高い除菌力と幅広い抗菌スペクトル
無機過酸を配合することでより高い除菌力を発揮します。

特長2 1剤で除菌・洗浄・無機スケールの除去が可能
除菌・洗浄だけではなく、無機スケール(炭酸カルシウム・シリカ等)の除去にも効果を発揮します。

特長3 膜素材及び周辺の部材への影響を抑制した処方設計

特長4 コンパクトな容量(250mL)で使いきりに最適です
※本容器は再使用できません。

用　途	個人用透析用水作製装置のRO処理水ライン除菌洗浄
使用方法	装置の取扱説明書に従い使用してください。
主成分	・過酢酸:1.9wt%　・酢酸:16wt% ・過酸化水素:<6wt%　・無機過酸
液　性	酸性
包装形態	250mL×4本

使用上の注意　◆用途以外には使用しないでください。◆他の薬剤との混合は避けてください。◆直射日光の当たらない屋内に密閉して保管してください。◆製品ロットにより溶液色が異なる場合がありますが、製品の特性に影響はありません。◆子供の手の届かない場所に保管してください。◆希釈液は速やかに使用してください。
◆容器は、1回のみの使用で、再利用はできません。◆次亜塩素酸ナトリウム等のアルカリ物質とは混ざらないようにしてください。◆保管時は、横倒ししないでください。

応急措置　●皮膚(または髪)に付着した場合、直ちに汚染された衣服すべて脱ぐこと。皮膚を流水で洗うこと。●吸入した場合、空気の新鮮な場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。●眼に入った場合、流水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。●ばく露またはばく露の懸念がある場合、医師に連絡すること。●直ちに医師に連絡すること。

販売元　日本ウォーターシステム株式会社
〒104-0032　東京都中央区八丁堀4丁目9番4号　TEL 03-4321-0150

製造元　未来を清浄化する　アムテック株式会社
〒550-0002　大阪市西区江戸堀1丁目27番9号　TEL 06-6447-6555

カタログ記載の内容につきましては予告なく変更する場合があります。

カタログ発行:2024.02

日本ウォーターシステム株式会社　http://www.j-waters.co.jp

本　社	〒104-0032	東京都中央区八丁堀4-9-4　西野金陵ビル4F	TEL.03(4321)0150(代表)	FAX.03(4321)0149
関東支社	〒104-0042	東京都中央区入船2-3-7　築地エー・アイ・ユービル1F	TEL.03(3553)2080	FAX.03(3553)2081
東京支店	〒104-0042	東京都中央区入船2-3-7　築地エー・アイ・ユービル1F	TEL.03(3553)2080	FAX.03(3553)2081
埼玉営業所	〒351-0111	埼玉県和光市下新倉5-9-22	TEL.048(450)3950	FAX.048(466)4313
松本出張所	〒390-0814	長野県松本市本庄1-2-16　YMマンション1F	TEL.0263(38)3115	FAX.0263(38)3116
大阪支店	〒564-0044	大阪府吹田市南金田2-5-12	TEL.06(6387)1104	FAX.06(6387)3241
北海道営業所	〒004-0053	北海道札幌市厚別区厚別中央三条5-7-25	TEL.011(796)8255	FAX.011(796)8256
東北営業所	〒984-0032	宮城県仙台市若林区荒井6-4-1	TEL.022(288)3112	FAX.022(288)3113
中部営業所	〒463-0072	愛知県名古屋市守山区金屋2-191-1	TEL.052(799)5230	FAX.052(799)5231
広島営業所	〒733-0032	広島県広島市西区東観音町25-3	TEL.082(233)9351	FAX.082(233)9357
九州営業所	〒813-0032	福岡県福岡市東区土井2-24-10	TEL.092(719)1252	FAX.092(719)1253
南九州営業所	〒899-5651	鹿児島県姶良市脇元627-3	TEL.0995(73)7817	FAX.0995(73)7818
JWS四国	〒760-0052	香川県高松市瓦町2-7-14　フォルテ瓦町駅前ビル6F	TEL.087(832)5771	FAX.087(832)5772
タングラム	〒421-0412	静岡県牧之原市坂部110-5	TEL.0548(29)0421	FAX.0548(25)0010